

Tutkimusno EUFI03-00026586
Asiakasno UR0001704
Kolhonjärven uimaranta**Kurikan kaupunki/
Ympäristöterveyspalvelut
Terveystarkastajat**Asematie 5
60800 Ilmajoki
FINLAND
s-posti: terveystarkastajat@kurikka.fi**Tilauksen kuvaus**

Kurikan kaupunki/ Ympäristöterveyspalvelut, uimavedet, Kolhonjärven uimaranta, 25.6.2024

Näytenumero	694-2024-00005472
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Näytteenottopiste	Kolhonjärven uimaranta
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	25.06.2024 11.20
Vastaanottopäivä	25.06.2024 13:30
Analysointi aloitettu	25.06.2024 13:30
Näytteenottaja	Saana Laakkonen / terveystarkastaja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 177/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	24,3		
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	1		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	<5		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

KommenttiNäytteenottajan havainnot:
Syanobakteerit (sinilevät): Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymistä
Öljymäiset, tervamaiset aineet: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymistä
Muut jätteet: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymistä**Lausunto****694-2024-00005472**

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 177/2008 laatuvaatimukset.



ALLEKIRJOITUS

03.07.2024



Johanna Söderlund Kemisti 4-H60 Water Testing Seinäjoki
Johanna.Soderlund@etn.eurofins.com +358 406709733
Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	UR
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	SFS-EN ISO 9308-2:2014	UR
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	UR

Laboratorio		
UR	Eurofins Ahma (Seinäjoki)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

Jakelu : kurikan.kaupunki@kurikka.fi, viestinta@kurikka.fi, annukka.siltakorpi@kurikka.fi, hannele.esa@gmail.com, hannu.palomaki@kurikka.fi, markus.ania@kurikka.fi, mika.hissa@kurikka.fi, miska.keto@kurikka.fi, pauli.puskala@kurikka.fi, pekka.kuusisto@kurikka.fi, pirjo.suominen@kurikka.fi, sonja.myllymaki@kurikka.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.